

Krav til ortopædkirurgisk speciallægepraksis i forbindelse med anvendelse af anæstesi

Kravene til ortopædkirurgisk speciallægepraksis er aftalt mellem Danske Ortopæders Organisation og Danske Anæstesiologers organisation.

For at yde anæstesi i speciallægepraksis skal det apparatur og de utensilier, der er nødvendige i forhold til ydelserne, umiddelbart være tilgængelige og de fysiske forhold i den klinik, hvor der ydes anæstesi, skal ligeledes være forenelige med ydelsen.

Det er anæstesiologens ansvar at sørge for tilstedeværelsen af specifikt udstyr til anæstesi, opvågning og nødprocedurer relateret til anæstesi/opvågning. Det er opererende klinik, som sikrer pladsforhold, operationslejer, opvågningslejer, udsugning til anæstesigasser og sug.

Krav til fysiske forhold og udstyr i den klinik, hvor operationen og opvågningen foregår:

- Operationsleje som kan vippe i Trendelenburg.
- Opvågningsleje(r)
- Tilstrækkelig plads omkring lejet til både kirurg og anæstesiolog
- Ilt
- Atmosfærisk luft
- Sug
- Udsugning til anæstesigasser (hvis der anvendes gasanæstesi)
- Evt. N2O (lattergas)